

**CEKLIST MONITORING DAN EVALUASI  
PENGENDALIAN MEKANIS DAN TEKNIS  
(MECHANICAL DAN ENGINEERING CONTROL)**

RUANG : INSTALASI LABORATORIUM  
MEC : BIOLOGICAL SAFETY CABINET  
TANGGAL : 11 Juli 2022

NO	URAIAN	TANGGAL	YA	TIDAK	KETERANGAN
	<b>BIOLOGICAL SAFETY CABINET LABORATORIUM KLINIK</b>				
	Srkulasi udara di dalam chamber ditutup rapat		√		
	Semua material yang masuk dan keluar harus melalui pass box			√	
	Sarung tangan disertakan di depan sehingga personil bisa bekerja tanpa kontak langsung dengan material		√		
	Kipas hisap dipasang di atas lemari untuk menarik udara dari luar		√		
	Disaring dengan HEPA Filter		√		
	Arah udara akan mengarah ke dalam sistem saringan.		√		

Solok, 11 Juli 2022

Petugas PPI



Ns. Refni Laila, S.Kep,M.Kep

(.....)

